

## Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 28 czerwca 2011 r.

### Pytanie:

Pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. Czy zamawiający dopuszcza zmianę następujących parametrów:  
Część 5.1.4 IDW Pomoce dydaktyczne i narzędzia – Analizator stanów logicznych:  
Pamięć całkowita / kanał: 2 Mbit / 128 kbit lub Pamięć całkowita / kanał: 4 Mbit / 128 kbit

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ofertę na analizator stanów logicznych o pamięci całkowitej/kanał 4 Mbit/ 128 kbit.

---

### Pytanie:

Pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. Czy zamawiający dopuszcza zmianę następujących parametrów:

Część 5.1.4 IDW Pomoce dydaktyczne i narzędzia – Podzespoły specjalne:

Obudowa: kieszenie zewnętrzne 5,25" – 2 szt.  
kieszenie zewnętrzne 3,5" – brak  
kieszenie wewnętrzne 3,5" – 4 szt.  
kieszenie wewnętrzne 5,25" – 1 szt.

### Odpowiedź:

Proponowana zmiana parametrów obudowy w zaznaczonym zakresie nie spowoduje odrzucenia oferty.